様式３

施設コード					

令和7年　　月　　日現在

読影モニタの品質管理に関する調査票

１．　読影の実施状況についてお伺いします。

1-1.　□　自施設で撮影した画像を読影している。

同一法人の本部または読影センターで支部等の画像も読影している場合は
読影を受託している施設コードを記入してください。

[　　][　　][　　][　　][　　]

1-2.　□　同一法人の本部または読影センターに画像読影を委託している。

⇒読影を委託している施設の施設コードを記入してください。　[　　]

1-3.　□　外部の読影サービス機関あるいは読影医師に委託している。

⇒委託先の機関名または医師名　[　　]

※：委託先の機関、医師より報告書を入手し、提出してください。

２．読影に使用しているモニタの種類について

2－1 胸部単純X線画像の読影用モニタを指定して導入していますか？　□はい　□いいえ

2－2 主に読影に使用しているモニタの解像度・種別は何ですか？　（複数回答可）

解像度：

				ワイド型				
5 MP	3 MP	2 MP	1MP	12MP	8MP	6MP	4MP	その他（記入）

種類	
モノクロ	カラー

３．読影環境について

読影時の環境として、部屋の明るさについてお聞きします。

3－1 明るさに留意していますか？	している		していない
	照明による調光	カーテン等で遮光のみ	

3－2 読影室の照度測定をしていますか？	測定している		測定していない
	測定器：	□照度計	測定していない理由：
		□モニタ内蔵	□測定器が無い
	測定値：	l x	□その他　（　　）

４．読影に使用しているモニタ設定時の条件についてお聞きします。

4－1 モニタを導入・設置時調整していますか？

最大・最小輝度の設定について	設定変更して使用	納入時確認	していない

4－2 モニタの設定値を教えてください。

代表的なモニタの設定	最大輝度(白)：A	最小輝度(黒)：B	輝度比（A／B）
	cd/㎡	cd/㎡	： 1
	階調特性		
	□GSDF	□ガンマ2.2	□ その他

５．読影に使用しているモニタの品質管理について

5－1　日常点検（目視試験）を行っていますか？

使用日ごと	２～３日に一度	週に１回	月に１回	していない

5－2 一年に一回以上、定期点検（測定試験及び目視試験）を行っていますか？

□　はい　⇒モニタの品質管理の方法を教えてください。		□　いいえ
JESRA－X0093	その他の方法	

5－3 定期試験の測定にはどのような輝度計を用いましたか？

望遠型輝度計	①接触型輝度計	②接触型輝度計※
モニタ内蔵の輝度計	その他	

※： モニタ品質管理ソフトウェアに付属の接触型輝度計

5－4 定期点検（測定試験及び目視試験）の結果について教えてください。
（新規導入・入れ替えの場合は設置時について）

点検実施日	年　　月　　日　　□ 合格の判定あり
提出書類	□ 不変性試験　　□ 受入試験
点検時の測定結果	最大輝度　　cd/㎡
	最小輝度　　cd/㎡
	輝度比　　：　1
	コントラスト応答最大エラー率　　%

・点検実施日と内容については、「胸部X線検査精度管理調査参加に際してのお願い」をお読みください。

点検予定日	年　　月　　日
点検が資料提出締切後に予定されている場合は予定日を記入し、点検終了後の報告書を提出してください。（ただし、令和7年12月末までに提出できる報告書に限る）	

公益社団法人全国労働衛生団体連合会